

PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS N. 36/2023, PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI COLONNE ENDOSCOPICHE, SONDE FLESSIBILI E SERVIZI CONNESSI, OCCORRENTI AL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA DELL'AZIENDA USL UMBRIA 1. CIG: B8F21F149F

**Verbale seduta pubblica dell'11/12/2025 verifica documentazione amministrativa
Gara telematica espletata tramite la piattaforma Net4market**

Premesso che:

- X Con Delibera n. 1205 del 31/10/225:
- 1) E' stata autorizzata l'attivazione di una procedura aperta di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, da espletare mediante la piattaforma di acquisto certificata Net4market, per l'affidamento della fornitura in noleggio di colonne endoscopiche, sonde flessibili e servizi connessi, occorrenti al servizio di gastroenterologia dell'azienda USL Umbria 1, aventi le caratteristiche specificate nel capitolato tecnico, da aggiudicare a lotto unico all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n°36/2023, per la durata di 60 mesi, come di seguito indicato:
 - Canone quinquennale per noleggio e manutenzione full risk delle colonne a base d'asta soggetta a ribasso pari a € 2.250.000,00 oltre iva di legge;
 - La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a sei mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n°36/2023, per un importo stimato di € 450.000,00 oltre iva di legge;
 - Opzione di variare le prestazioni, in aumento od in diminuzione, fino ad un massimo del 50%, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n°36/2023, per un importo stimato di € 1.125.000,00 oltre iva di legge;
 - Opzione di variare le prestazioni, in aumento od in diminuzione, nell'ambito del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n°36/2023, per un importo stimato di € 450.000,00 oltre iva di legge;
 - Oneri per la sicurezza per eliminazione rischi interferenziali pari a zero; per un importo dell'appalto, al netto delle opzioni sopra indicate, pari a € 2.250.000,00 oltre iva di legge e per un importo massimo stimato, comprensivo di tutte le suddette opzioni previste, pari a € 4.050.000,00 oltre iva di legge;
 - 2) E' stato approvato il fascicolo di gara per l'espletamento, mediante la piattaforma Net4market, della procedura aperta di cui al precedente punto;
 - 3) E' stata nominata la Dott.ssa Pamela Ascani, Dirigente f.f. U.O.C. Attività Tecniche- Acquisti Beni e Servizi, quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) della presente procedura per le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs n°36/2023;
 - 4) E' stata nominato il Dott. Simone Bellucci, IFP Acquisizione Dispositivi Medici della U.O.C. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi, quale responsabile del procedimento per la fase di affidamento;
- X E' stata attivata la procedura in oggetto, trasmettendo, in data 06/11/2025, in via telematica all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, il relativo bando di gara e che il RUP ha proceduto alla pubblicazione, tramite la piattaforma di e-procurement aziendale, della documentazione necessaria per la formulazione dell'offerta tecnica-economica per la procedura in argomento, con termine ultimo per la presentazione dell'offerta stabilito per il giorno 10/12/2025 alle ore 14:00, nonché sul profilo del committente all'indirizzo internet www.uslumbria1.it;
- X Come risulta dal disciplinare di gara, in data 11/12/2025 alle ore 11:00 è prevista l'espletamento della seduta in cui il RdP accederà alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica resteranno, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procederà a:
- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- X In data 28/11/2025 è stato pubblicato il verbale definitivo dei chiarimenti che si allega al presente verbale (allegato 1);
- X Alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, risultano i seguenti operatori partecipanti:
- 1) WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO;
 - 2) FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A;

- 3) OLYMPUS ITALIA SRL;
- 4) PENTAX ITALIA SRL Con Unico Socio.
- X Con PEC dell'11/12/2025, inviata tramite la piattaforma Net4market, ai suddetti operatori concorrenti è stato comunicato il link per collegarsi in videoconferenza all'odierna seduta pubblica;

Tutto ciò premesso

Il giorno **11 Dicembre 2025**, alle ore 11:05 negli uffici dell'Azienda USL Umbria 1 siti in Via Luigi Angelini 10 - 06012 Città di Castello (Pg), si è costituito in seduta pubblica il seggio di gara composto dal Dott. Simone Bellucci, in qualità di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RdP) e dai funzionari di questa UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi, il Sig. Massimo Rossi e il Dott. Mauro Mancini, il quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, per procedere alla verifica del deposito telematico dei plichi inviati dai concorrenti tramite la piattaforma di e-procurement aziendale e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

Il RdP, preso atto della parte premessa del presente verbale, dichiara aperta la seduta e prosegue con gli adempimenti previsti dalla disciplina di gara.

Il RdP procede con l'inizio della attività di verifica partendo dal plico della WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO.

Nel corso della verifica della documentazione amministrativa della WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO, il RdP accerta che, come indicato dalla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024 (Contributo ANAC 2025), l'importo da corrispondere per la partecipazione alla procedura di cui trattasi da parte dell'operatore economico, tenuto conto del dell'importo dell'appalto (Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00), è pari ad € 165,00 anziché di € 220,00 come indicato per mero errore nel disciplinare di gara.

All'esito delle suddette verifiche, il RdP da atto che:

- la documentazione presentata dalla WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO è regolare e da cui si risulta il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi;
- la documentazione presentata dalla FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A è regolare e da cui si risulta il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi;
- la documentazione presentata dalla OLYMPUS ITALIA SRL è regolare e da cui si risulta il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi;
- la documentazione presentata dalla PENTAX ITALIA SRL Con Unico Socio è regolare e da cui si risulta il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi;

Nella piattaforma telematica Net4market, Il RdP procede quindi ad ammettere tutti i suddetti operatori alla successive fasi della procedura e a concludere la fase di verifica della documentazione amministrativa.

Il RdP da atto che hanno presenziato alla seduta la Sig.ra Marzia Gigante (a partire dalle ore 11:30) per la ditta FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A e la Sig.ra Marika Fronza (a partire dalle ore 11:35) per la ditta WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO.

La seduta si conclude alle ore 13:15.


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il RdP: Dott. Simone Bellucci:

Testimone: Sig. Massimo Rossi

Testimone nonché segretario verbalizzante: Dott. Mauro Mancini

11/12/2025



ALLEGATO 1

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI COLONNE
ENDOSCOPICHE, SONDE FLESSIBILI E SERVIZI CONNESSI, OCCORRENTI AL SERVIZIO DI
GASTROENTEROLOGIA DELL'AZIENDA USL UMBRIA 1**

VERBALE DEFINITIVO DEI CHIARIMENTI

In allegato le richieste chiarimento pervenute per la procedura in e le relative risposte fornite.

Comunque, come indicato nel disciplinare di gara, si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma N4M o il sito istituzionale, fino a conclusione della procedura, in quanto potranno essere pubblicate eventuali ulteriori informazioni e delucidazioni, in ordine all'appalto in oggetto, che la stazione appaltante riterrà opportuno diffondere

Es

/m

Ug

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI COLONNE ENDOSCOPICHE, SONDE FLESSIBILI E SERVIZI CONNESSI, OCCORRENTI AL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA DELL'AZIENDA USL UMBRIA 1.

Protocollo gara: Delibera_0001205_2025

Ente: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1

Data creazione report: 28/11/2025 14:14

Chiarimento n. 2 : Chiarimenti

da Fornitore alle 11/11/2025 14:44

Spett.le Ente,

si chiedono i seguenti chiarimenti:

- Chiarimento 1

In riferimento al Capitolato Speciale di Appalto e in particolare al riferimento alle caratteristiche richieste del sistema di intelligenza artificiale CAD. Si chiede conferma che per garantire la più ampia partecipazione alla procedura la "possibilità di remotare i comandi di attivazione del sistema sugli switch dell'endoscopio" sia da intendersi come caratteristica non vincolante e che per il principio di equivalenza il criterio possa ritenersi soddisfatto con controllo tramite pedale dedicato.

- Chiarimento 2

In riferimento all'articolo 16 "Offerta Tecnica" del disciplinare di gara. Al fine di presentare al meglio la propria offerta tecnica, nell'ottica di permettere una migliore valutazione e in relazione anche al quantitativo e tipologia di strumenti richiesti, si chiede di poter presentare la relazione tecnico-descrittiva della strumentazione e suoi accessori con lunghezza massima pari a 60 facciate formato A4 rispetto alle 30 indicate.

Risposta n. 2 :

Re:Chiarimenti

da Ente alle 17/11/2025 10:44

• Risposta al chiarimento 1:

Come indicato a pagina 10 dell'allegato G "Capitolato di gara", nel caso venga offerto un sistema di intelligenza artificiale non avente almeno le caratteristiche di minima richieste, tra cui possibilità di remotare i comandi di attivazione del sistema sugli switch dell'endoscopio, l'offerta non verrà esclusa ma verrà attribuito il coefficiente 0,00 al criterio di valutazione dei punteggi tecnici di cui al punto 4.a.

Come indicato all'art. 16 del disciplinare di gara, nel rispetto del principio di equivalenza, ai sensi dell'allegato II.5 L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti. La valutazione concernente l'equivalenza sarà interamente effettuata dalla Commissione giudicatrice, pertanto allo stato attuale della procedura non è possibile indicare se il controllo tramite pedale dedicato possa considerarsi equivalente.

• Risposta al chiarimento 2:

In riferimento all'articolo 16 "Offerta Tecnica"

del disciplinare di gara, si comunica che la richiesta non può trovare accoglimento e, pertanto, è confermata la previsione di gara di 30 pagine. Sul punto si rammenta, altresì, che "depliant, schede tecniche, ecc." sono esclusi dal conteggio delle pagine.



Chiarimento 1

a pagina 5 del capitolato speciale di appalto (Allegato G) viene menzionata la terminologia di "colonna per chirurgia artroscopica"; si chiede conferma che trattasi di refuso;

Risposta al chiarimento 1:

Confermiamo che trattasi di refuso e, pertanto, debba intendersi riferita alla "colonna per endoscopia".

Chiarimento 2

A pagina 11 del disciplinare di gara, per quanto attiene il requisito di capacità tecnica e professionale si chiede gentilmente se la comprova del requisito possa essere fornita mediante autodichiarazione redatta direttamente dall'operatore economico.

Risposta al chiarimento 2:

In fase di presentazione dell'offerta, il concorrente deve solo compilare l'apposita sezione del DGUE (sezione C), dichiarando di possedere il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal disciplinare di gara.

Successivamente, come indicato al punto 24 del disciplinare di gara, in capo alla ditta per cui sarà formulata la proposta di aggiudicazione, si procederà alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti e dichiarati che, per quanto concerne il requisito di capacità tecnica e professionale, dovrà avvenire tramite uno o più dei documenti indicati a pag. 11 del medesimo disciplinare:

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- *certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*
- *contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;*
- *attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*
- *contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse .*



Chiarimento 1

VIDEOPROCESSORE:

compatibile con sistema di intelligenza artificiale CAD per il rilevamento dei polipi del colon

Si chiede di specificare se la richiesta è riferita al sistema CAD attualmente in uso presso l'ente (se così fosse specificare tipologia e modello).

Risposta al chiarimento 1:

Non si tratta del sistema CAD in uso presso l'ente.

Il videoprocessore deve essere compatibile con il sistema CAD dell'intelligenza artificiale, nel caso venga offerto dal concorrente.

Chiarimento 2

INSUFFLATORE:

compatto e semplice da usare, con possibilità di connessione sia alla bombola di gas che alla rete ospedaliera

Si chiede di specificare il tipo di attacco per la rete ospedaliera, es: Afnor, UNI, DISS ...?

Risposta al chiarimento 2:

L'attacco per la rete ospedaliera è di tipo UNI.

Chiarimento 3

POMPA DI LAVAGGIO H2O PER IRRIGAZIONE

completa di asta di supporto, vaso di raccolta e set di tubi riutilizzabili

E' intenzione della Stazione Appaltante accogliere anche le offerte presentate da operatori che utilizzano sistemi monogiornalieri per l'irrigazione di H2O, in quanto tali dispositivi rappresentano un livello superiore di prevenzione del rischio infettivo per il paziente, garantendo maggiore sicurezza e conformità alle linee guida di prevenzione.

Si chiede conferma che Le offerte comprendenti sistemi monogiornalieri siano ammesse a parità di condizioni rispetto ai sistemi tradizionali

Risposta al chiarimento 3:

Si rappresenta che la richiesta "completa di asta di supporto, vaso di raccolta e set di tubi riutilizzabili" per la pompa di lavaggio H2O per irrigazione prevista all'art. 2 del capitolato speciale di appalto (allegato G) è un refuso

Si confermano gli altri requisiti previsti per la pompa di lavaggio H2O, tra cui, che sia "completo di tutti gli accessori (tubi, vasi, etc) necessari per il corretto funzionamento".

Chiarimento 1

In riferimento al Disciplinare di Gara, a pag. 16 viene riportato che "tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana". Sul punto, limitatamente alle Dichiarazioni di Conformità e Certificazioni CE dei dispositivi oggetto di fornitura, nonché ad eventuali brochure e depliant illustrativi, si chiede al Vs. Spett.le Ente di confermare che sarà accettata la lingua originale, ovvero la lingua inglese

Risposta al chiarimento 1:

Si conferma la previsione di gara a pagina 16 "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. La documentazione da produrre, se redatta in inglese o altra lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale". Pertanto la documentazione non prodotta nella suddette forme non verrà presa in considerazione, ivi comprese Dichiarazioni di Conformità e Certificazioni CE dei dispositivi oggetto di fornitura, nonché ad eventuali brochure e depliant illustrativi.

Chiarimento 2

In riferimento al Disciplinare di Gara, al paragrafo 16. OFFERTA TECNICA, punto 4, viene indicata la redazione di una relazione tecnico-descrittiva inerente ai servizi di AT e formazione di lunghezza massima di n.10 pagine. Considerata la complessità del progetto, al fine di una descrizione puntuale ed esaustiva dei servizi offerti, si chiede la possibilità di produrre n.2 relazioni tecnico-descrittive, una relativa al servizio di AT e una relativa alla formazione, ciascuna di lunghezza massima di n.10 pagine (tot. max n.20 pagine totali).

Risposta al chiarimento 2:

In riferimento all'articolo 16 "Offerta Tecnica" del disciplinare di gara, si comunica che la richiesta non può trovare accoglimento e, pertanto, è confermata la previsione di gara di 10 pagine. Sul punto si rammenta, altresì, che "depliant, schede tecniche, ecc." sono esclusi dal conteggio delle pagine.

Chiarimento 3

In riferimento al CSA, per la voce "pompa di lavaggio H2O per irrigazione" viene richiesto che sia "completa di asta di supporto". Dal momento che è altresì prevista la fornitura di un vaso di raccolta che tipicamente in endoscopia flessibile viene posizionato sul ripiano del carrello, si chiede di confermare che la fornitura di un'asta di supporto sia un refuso. In caso contrario, si chiede di meglio chiarire cosa si intenda

Risposta al chiarimento 3:

Si rappresenta che la richiesta "completa di asta di supporto, vaso di raccolta e set di tubi riutilizzabili" per la pompa di lavaggio H2O per irrigazione prevista all'art. 2 del capitolato speciale di appalto (allegato G) è un refuso

Si confermano gli altri requisiti previsti per la pompa di lavaggio H2O, tra cui, che sia "completo di tutti gli accessori (tubi, vasi, etc) necessari per il corretto funzionamento".

