

PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS N. 36/2023, PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI COLONNE ENDOSCOPICHE, SONDE FLESSIBILI E SERVIZI CONNESSI, OCCORRENTI AL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA DELL'AZIENDA USL UMBRIA 1. CIG: B8F21F149F

Verbale seduta riservata del 20/01/2026
Gara telematica espletata tramite la piattaforma Net4market

PREMESSO CHE:

- ✓ Con PEC prot. 244519 del 23/12/2025, è stato comunicato agli operatori concorrenti che la Commissione giudicatrice ha rappresentato la necessità di effettuare la prova pratica delle apparecchiature offerte presso i "Poliambulatori di Piazzale Europa di Perugia" anziché presso "l'Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino" come previsto dalla disciplina di gara, per motivi logistici e operativi (al Poliambulatorio Europa sono disponibili 4 sale endoscopiche che renderebbero più agevole e rapida la prova) e per l'impossibilità di due componenti della commissione di annullare le prenotazioni delle prestazioni già programmate, attesa la necessità dell'abbattimento delle liste di attesa e, pertanto, di trasmettere l'accettazione espressa della citata variazione della sede;
- ✓ la PENTAX ITALIA SRL Con Unico Socio, con PEC acquisita al prot. n. 244607 del 23/12/2025, la FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A, con PEC acquisita al prot. n. 244724 del 23/12/2025, la WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO, con PEC acquisita al prot. n.245286 del 24/12/2025 e la OLYMPUS ITALIA SRL, con PEC acquisita al prt. N. 247122 del 30/12/2025, hanno accettato la variazione di sede di cui trattasi;
- ✓ Come individuato dalla Commissione giudicatrice nella precedente seduta del 18/12/2025, agli operatori concorrenti è stata comunicata la data e le modalità per l'espletamento delle prove pratiche (calendario pubblicato anche nella sezione documentazione per fornitori accreditati della piattaforma telematica):

Operatore concorrente	Data e ora della prova	Nota con cui è stata trasmessa la convocazione
FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A	Lunedì 19 Gennaio 2026, alle ore 08:00	Protocollo 0248209 del 31/12/2025
OLYMPUS ITALIA SRL	Lunedì 19 Gennaio 2026, alle ore 08:00	Protocollo 0248166 del 31/12/2025
PENTAX ITALIA SRL Con Unico Socio	Martedì 20 Gennaio 2026, alle ore 08:00	Protocollo 0248079 del 31/12/2025
WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO	Martedì 20 Gennaio 2026, alle ore 08:00	Protocollo 0248108 del 31/12/2025

Ciascun concorrente dovrà effettuare:

- n. 2 Gastroskopie;
- n. 2 Colonskopie;
- n. 1 Ecoendoscopia con sonda lineare;
- n. 1 Ecoendoscopia con sonda radiale;

- ✓ I concorrenti OLYMPUS ITALIA SRL, FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A e PENTAX ITALIA SRL Con Unico Socio la PENTAX Italia, rispettivamente con PEC prot. USL n. 1300 del 07/01/2026, n. 5175 del 12/01/2026 e n. 5202 del 12/01/2026, richiedevano di poter posticipare la prova pratica, tra le altre, a causa della mancata consegna in tempi utili dei connettori necessari per le Lavaendoscopi in uso presso quest'azienda sanitaria da parte del fornitore;

- ✓ Rispettivamente con PEC prot. USL n. 9528 del 16/01/2026, n. 9544 del 16/01/2026 e n. 9546 del 16/01/2026, è stato comunicato ai concorrenti OLYMPUS ITALIA SRL, FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A e PENTAX ITALIA SRL Con Unico Socio la PENTAX Italia che, in accoglimento alle suddette richieste, con successiva comunicazione verrà indicata la nuova data della prova clinica;
- ✓ Si allega al presente documento (allegato 1) il verbale della prova pratica svolta in data 20/01/2026 dalla ditta WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO;

Tutto ciò premesso:

Il giorno **20 Gennaio 2026 alle ore 13:45**, la Commissione giudicatrice composta da:

- Dott. Attilio Solinas, Dirigente Medico responsabile "UOS di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Poliambulatorio Europa" dipendente della USL Umbria 1 – Presidente;
- Dott. Giuseppe Sabatino, Dirigente Medico responsabile della Struttura Dipartimentale "Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Ospedali Gubbio-Gualdo Tadino e Assisi" dipendente della USL Umbria 1 – Componente;
- Dott. Pasquale Gallo, Dirigente Medico della S.C. di Gastroenterologia Digestiva ed Epatologia dipendente della USL Umbria 1 – Component

riprende i lavori per la valutazione delle offerte tecniche pervenute, in seduta riservata presso gli uffici dell' UOS di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Poliambulatorio Europa.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Dott. Simone Bellucci, in servizio presso l'U.O.C. Attività Tecniche-Acquisti Beni e Servizi.

Per l'offerta presentata dal concorrente FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A, la Commissione prende atto che:

- all'art. 16 del disciplinare di gara (pag. 24) è previsto che l'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara;
- all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto (pag. 5) è previsto che le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel capitolato stesso, devono essere necessariamente possedute dalle apparecchiature e dai servizi offerti, a pena di esclusione dalla gara;
- all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto, tra le caratteristiche tecniche minime essenziali richieste a pena di esclusione, è previsto che il concorrente dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta, la registrazione delle apparecchiature, nonché dei relativi dispositivi accessori qualificabili come DM, nella Banca Dati/Repertorio nazionale dei Dispositivi Medici.

La Commissione ha rilevato che dalla documentazione tecnica prodotta dalla FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A risulta che, al momento della presentazione dell'offerta, la Licenza MedDream (codice prodotto 70100156004) è in "fase di registrazione" anziché essere già registrata nella Banca Dati/Repertorio nazionale dei Dispositivi Medici, come richiesto a pena di esclusione dai citati documenti di gara e, pertanto, ne dispone l'esclusione dalla procedura.

Per l'offerta presentata dal concorrente WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO, risulta quanto segue:

descrizione	codice	caratteristica	valore indicato nella relazione descrittiva tecnica
VideogastroscoPIO diagnostico HD Sonoscape	EG550	Diametro canale operativo	≥Φ 2.8 mm
VideogastroscoPIO operativo HD Sonoscape	EG550L	Diametro canale operativo	≥Φ 3.2mm
VideogastroscoPIO sottile Sonoscape	EGP550N	Diametro canale operativo	≥Φ 2.2mm
VideocolonscoPIO intermedio Sonoscape	EC550	Diametro canale operativo	≥Φ 3.8 mm
VideocolonscoPIO lungo Sonoscape	EC550T	Diametro canale operativo	≥Φ 3.8 mm

Videocolonscopio sottile Sonoscape	ECP560T	Diametro canale operativo	≥Φ 3.2mm
Videoduodenoscopia diagnostico Sonoscape	ED5GT	Diametro canale operativo	≥Φ 4,2mm
Videoeoendoscopia lineare Sonoscape	EGUC5T	Diametro canale operativo	≥Φ 4,0 mm
Videoeoendoscopia radiale Sonoscape	EGUR5	Diametro canale operativo	≥ Φ 2.2 mm

La Commissione dispone, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, di richiedere alla WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO un chiarimento sul valore massimo del diametro canale operativo specificando la misura esatta espressa in mm, con riguardo agli stessi strumenti offerti in gara sopra indicati.

Alle ore **15:30** il Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

I Commissari della Commissione Giudicatrice:

Presidente: Dott. Attilio Solinas

Componente: Dott. Giuseppe Sabatino

Componente: Dott. Pasquale Gallo

Il segretario verbalizzante:

Dott. Simone Bellucci

20/01/2026



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI COLONNE
ENDOSCOPICHE, SONDE FLESSIBILI E SERVIZI CONNESSI, OCCORRENTI AL SERVIZIO DI
GASTROENTEROLOGIA DELL'AZIENDA USL UMBRIA 1. CIG: B8F21F149F**

**Verbale Prova pratica
Il giorno 20/01/2026**

La Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dalla disciplina della presente gara, si sono recati presso i Poliambulatori Europa - Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva - Piazzale Europa 06121 Perugia (PG), per la visione/prova pratica dell'apparecchiatura offerta dalla ditta:

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL A SOCIO UNICO

La Commissione Giudicatrice prende atto che l'apparecchiatura presentata è lo stesso modello offerto in gara.

Alla presenza del rappresentante della ditta, Sig. Marco Biagi, Sig.ra Cecilia Colussi e Sig. Federico Delgado

La Commissione Giudicatrice ha assistito alla presentazione tecnica dell'apparecchiatura offerta ed ha effettuato la prova pratica delle tecnologie offerte secondo le modalità comunicate.

Il presente verbale si compone di n. 1 pagina

Verbale letto e sottoscritto per approvazione:

La Commissione Giudicatrice:

Dott. Attilio Solinas

Dott. Giuseppe Sabatino

Dott. Pasquale Gallo

Per la Ditta:

Sig. Marco Biagi

Sig.ra Cecilia Colussi

Sig. Federico Delgado



[Handwritten signatures and initials on the right margin]