

U.O.C. Acquisti Beni e Servizi

Via Guerra 17 - 06127 Perugia

tel. 075 5412219

PEC: aslumbria1@postacert.umbria.it**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO,
AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. N.36/2023**

FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI UNA COLONNA LAPAROSCOPICA 3D/4K/ICG/PDD DA DESTINARE ALLA UOC UROLOGIA – BLOCCO OPERATORIO OSPEDALE CITTA' DI CASTELLO

Si rende noto che questa Azienda Sanitaria intende avviare una procedura di negoziazione ai sensi dell'art.76 comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di una colonna videolaparoscopica 3D/4K/ICG/PDD completa di due ottiche laparoscopiche in risoluzione 3D/4K/ICG e di tutto lo strumentario rigido e flessibile per la chirurgia urologica oncologica e per le procedure endoscopiche su alte e basse vie, compresa la diagnosi ed il trattamento con fluorescenza fotodinamica per il papilloma vescicale. La configurazione richiesta è la seguente:

- Videoprocessore 3D/ICG;
 - in risoluzione 4K UHD 3840x2160 a scansione progressiva idoneo a lavorare sia in laparoscopia, sia in endourologia, sia con strumentario rigido, sia con strumentario flessibile, in modalità digitale e a fibre, sia con strumentario pluriuso, sia con strumentario monouso;
 - Dovrà poter visualizzare l'immagine in almeno 8 modalità di visione mediante transizione monocromatica;
 - possibilità di collegare sia testine 4K/ICG sia 3D/4K/ICG sia testine per fluorescenza fotodinamica;
 - deve permettere la sovrapposizione dell'immagine in luce bianca con l'immagine in fluorescenza;
 - dotato di varie entrate ed uscite video, capace di registrare tramite interfacce USB video e foto;
 - modulo integrato per funzione PIP e POP;
 - disponibilità di differenti livelli di menù visualizzabili direttamente su monitor e di facile intuizione;
- TELECAMERE idonee a lavorare sia in 3D/ICG RISOLUZIONE 4K 3840 x 2160, sia in 4K UHD/ICG 3840 x 2160, sia in fluorescenza fotodinamica in luce blu e con testina pendulum e pedale. Zoom 3x su 7 livelli;
- DUE (2) OTTICHE 3D/4K/ICG, 10 mm, una da 0°, una da 30°, con 2 sensori distali in risoluzione 3840 x 2160 a scansione progressiva, con 2 tasti programmabili, capace di

- lavorare con il verde di indocianina, complete di cavo luce e di cestello di conservazione e di sterilizzazione; controllo automatico dell'orizzonte; dotata di autofocus, facile passaggio tra modalità 2D/3D, Autoclavabile;
- DUE (2) OTTICHE 30° 4 mm a lenti cilindriche per le diagnosi ed il trattamento fotodinamico del papilloma vescicale in luce blu, con cavo luce e cestello di sterilizzazione e conservazione. Autoclavabile;
 - UN (1) MONITOR 3D/4K da 31", a tecnologia LED, in formato 16:9 a risoluzione 3840 x 2160, con copertura antiriflesso e sistema colore BT 2020;
 - UN INSUFFLATORE con touch screen per CO₂ preriscaldata e umidificata, con insufflazione fino a 50 l/min, aspirazione di fumi e desufflazione. L'insufflatore deve disporre di modalità pediatrica per regolarizzare minima di sicurezza dei valori di pressione e di flusso in chirurgia pediatrica, modalità dedicate per procedure proctologiche TEO e TaTME, con specifici algoritmi di insufflazione; modalità dedicate per prelievo endoscopico dei vasi sanguigni, con specifici algoritmi di insufflazione; completo di tutti gli accessori per un corretto funzionamento.
 - CARRELLO (portasistemi) elettromedicale mobile su 4 ruote antistatiche, ripiani per alloggiamento di apparecchi affiancati, ripiano estraibile per tastiera; braccio laterale mobile per supporto monitor 31-32", dotato di presa multipla a 12 uscite interbloccate meccanicamente; di un dispositivo di controllo e di sicurezza per dispersione corrente; di una presa di alimentazione; alimentazione attraverso trasformatore di separazione da almeno 2000 VA; completo di interruttori fusibili e 8 connettori per equalizzazione potenziale; completo di porta -bambola e alloggiamento per testina della telecamera.
 - 2 (due) RESETTORI bipolari da 24/26 Ch, completi di cavo luce, otturatore ottico, movimento per fibra laser, cestello di sterilizzazione e conservazione, e di tutti gli accessori per un corretto funzionamento. Devono poter lavorare con elettrobisturi AUTOCON III 400 già in dotazione
 - 2 (due) CISTOSCOPI RIGIDI da 22 Ch completi di cavo luce, cestello di sterilizzazione e conservazione per un corretto funzionamento, pinza da presa ed elettrodo di coagulazione, e di tutti gli accessori per un corretto funzionamento.
 - 2 (due) URETERORENOSCOPI semirigidi, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento;
 - 2 (due) VIDEO URETERORENOSCOPI DIGITALI FLESSIBILI pluriuso, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento.
 - 2 (due) VIDEO URETERORENOSCOPI DIGITALI FLESSIBILI pluriuso, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento.

- Il sistema deve consentire l'utilizzo della fonte luminosa già in dotazione Karl Storz TL410
- Consegna, installazione, collaudo e formazione in loco;
- garanzia almeno 12 mesi full risk;

- Stima Base d'asta: € 295.000, Iva esclusa

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'espletamento della consultazione preliminare di mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D.Lgs. n.36/2023, con invito agli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore.

La documentazione pubblicata è da considerarsi utile solo ai fini della consultazione di mercato e, in sede di svolgimento della procedura di acquisizione, potrà essere modificata, integrata, sostituita ad insindacabile giudizio della stazione appaltante che si riserva di individuare la modalità più consona per l'espletamento della procedura e per la sottoscrizione del relativo contratto.

Nelle ipotesi in cui vengano acquisite manifestazioni di interesse ritenute percorribili, questa Azienda provvederà ad espletare una procedura di gara in concorrenza nelle forme previste dal D.Lgs n.36/2023; in caso contrario questa Azienda procederà all'affidamento della fornitura in regime di esclusività, ai sensi dell'art.76 c.2 lett. b) del medesimo decreto, come sopra indicato. Il presente avviso non è vincolante per questa Azienda, la quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno partecipato alla consultazione

Gli operatori economici interessati dovranno inviare le osservazioni e le eventuali proposte di soluzioni alternative praticabili (inclusa la relativa documentazione tecnica a dimostrazione della percorribilità della proposta) perentoriamente **entro le ore 13:00 del giorno 3/08/2026 tramite PEC aslumbria1@postacert.umbria.it, o tramite piattaforma Sistema Net4Market raggiungibile al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl** indicando la propria ragione sociale, i dati societari e l'indirizzo PEC; l'oggetto della PEC dovrà essere chiaramente riconducibile al presente avviso indicandone l'oggetto.

Il Dirigente f.f.
UOC Acquisti beni e servizi
Dott. ssa Pamela Ascani